

AED 日常点検表

製品情報	設置年月日	管理責任者	
	シリアル番号	管理責任者	

点検担当者名									
点検年月	年 月			年 月			年 月		
点検日	1	16		1	16		1	16	
※インジケータの確認 ※AEDの機種により異なります 裏面の日常点検項目を ご確認ください。	2	17		2	17		2	17	
	3	18		3	18		3	18	
	4	19		4	19		4	19	
	5	20		5	20		5	20	
	6	21		6	21		6	21	
	7	22		7	22		7	22	
	8	23		8	23		8	23	
	9	24		9	24		9	24	
	10	25		10	25		10	25	
	11	26		11	26		11	26	
	12	27		12	27		12	27	
	13	28		13	28		13	28	
	14	29		14	29		14	29	
	15	30		15	30		15	30	
		31			31			31	

IPAD NF 1200
状態ランプ

シーキューSP-1
3つのステータス
インジケータ

日常点検票記入例

正常な状態の時は:○

エラー状態の時は:×



株式会社 CU

www.japan-cu.com

株式会社 クオリティー (AEDコム)

お問合せ・消耗品については

0120-812-842 (平日9時から18時)

コールセンター: 0120-910-256