

AED 日常点検表

製品情報	設置年月日	管理責任者	
	シリアル番号	管理責任者	

点検担当者名	年 月			年 月			年 月		
点検日	1		16	1		16	1		16
※インジケータの確認 ※AEDの機種により異なります 裏面の日常点検項目を ご確認ください。	2		17	2		17	2		17
	3		18	3		18	3		18
	4		19	4		19	4		19
	5		20	5		20	5		20
	6		21	6		21	6		21
	7		22	7		22	7		22
	8		23	8		23	8		23
	9		24	9		24	9		24
	10		25	10		25	10		25
	11		26	11		26	11		26
	12		27	12		27	12		27
	13		28	13		28	13		28
	14		29	14		29	14		29
	15		30	15		30	15		30
			31			31			31

IPAD NF 1200
状態ランプ

CU-SP-1
3つのステータス
インジケータ

日常点検票記入例

正常な状態の時は:○

エラー状態の時は:×

 株式会社 CU
www.japan-cu.com

フィード株式会社 (カスタマ・サービスデスク)
お問合せ・消耗品については
0120-004-502 月曜日~土曜日 9時~20時
メーカーコールセンター: 0120-910-256